



DICHIARAZIONE SULLA BATTERIA

Il fabbricante:

VERMEIREN GROUP

Actor ID/SRN: BE-MF-000019750

Indirizzo:

Vermeirenplein 1/15

2920 Kalmthout

Belgio

dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che i dispositivi medici marcati CE:

Gruppo di prodotti:

Carrozine elettriche (a propulsione)

Marchio:

VERMEIREN

Modelli:

Verso,

Plego

Basic UDI-DI:

5415174VersoG7

5415174PlegoCH

Le batterie utilizzate nelle carrozzine Verso e Plego sono batterie al litio (24V/12.8 Ah, 24V/17.5 Ah e 25.9V/12.8 Ah) progettate per l'uso su carrozzine o ausili per la mobilità. Esse soddisfano i requisiti di ciascun test previsti dal Manuale di Test e Criteri delle Nazioni Unite, Parte III, sottosezione 38.3, come richiesto dal documento guida IATA relativo al Trasporto di Carrozine e Ausili per la Mobilità Alimentati a Batteria Trasportati da Passeggeri.

Le batterie al litio devono rimanere installate all'interno dell'ausilio per la mobilità e devono essere spente prima del caricamento per il trasporto aereo, come descritto nelle istruzioni per l'uso dell'ausilio stesso.

Inoltre:

È richiesta l'approvazione da parte del vettore aereo per il trasporto degli ausili per la mobilità alimentati a batteria utilizzati dai passeggeri. Almeno 48 ore prima della partenza o al momento della prenotazione, l'utente dell'ausilio per la mobilità, l'agente di viaggio, il tour operator o altri siti web di prenotazione di terze parti devono richiedere l'approvazione al vettore aereo per il trasporto dell'ausilio alimentato a batteria.

Città, Data:

Kalmthout, 2025-05-07

Firma:

Nome:

Patrick Vermeiren

Funzione:

CEO

VERMEIREN GROUP

Vermeirenplein 1-15

2920 Kalmthout – Belgium

Tel. +32 3 620 20 20

VAT BE 0887.199.216 - RPR Antwerpen

www.vermeiren.com | info@vermeiren.com

VERMEIREN
we care for you

Certified ISO 13485